





خيارات الإدارة - تختلف فعالية العلاج المُبلّغ عنها باختلاف عمر البدء، ومدة العلاج، والامتثال، فضلاً عن العوامل الديموغرافية/البيئية.

الوقاية


إبطاء التقدم

الخيار الدوائي


خيار النظارة




عدسات HAL
سنتان
 $\Delta\text{SphE } 0.80 \text{ D (55\%)}$
 $\Delta\text{AL } 0.35 \text{ mm (51\%)}$




عدسة DIMS
سنتان
 $\Delta\text{SphE } 0.44 \text{ D (52\%)}$
 $\Delta\text{AL } 0.34 \text{ mm (62\%)}$




تقنية البصريات التشتتية (DOT)
سنة
 $\Delta\text{SphE } 0.40 \text{ D (74\%)}$
 $\Delta\text{AL } 0.15 \text{ mm (50\%)}$




النظارات الطبية الثنائية الزجاجية النظارية
3 سنوات
 $\Delta\text{SphE } 1.05 \text{ D (51\%)}$
 $\Delta\text{AL } 0.28 \text{ mm (34\%)}$



عدسات الزيادة التدريجية (PALS)
سنتان
 $\Delta\text{SphE } 0.14 \text{ D (24\%)}$
 $\Delta\text{AL } 0.04 \text{ mm (28\%)}$



عدسات تقليل البعدية الزائدة المحيطية
سنتان
 $\Delta\text{SphE } 0.04 \text{ D (3\%)}$
 $\Delta\text{AL } 0.04 \text{ mm (5\%)}$



الأتروبين

$\Delta\text{SphE } 0.39 \text{ D}$
 $\Delta\text{AL } 0.13 \text{ mm}$

0.025%

$\Delta\text{SphE } 0.43 \text{ D}$
 $\Delta\text{AL } 0.16 \text{ mm}$


0.05%

$\Delta\text{SphE } 0.62 \text{ D}$
 $\Delta\text{AL } 0.25 \text{ mm}$


خيار العدسات اللاصقة



تركيز مزوج
سنتان
 $\Delta\text{SphE } 0.73 \text{ D (59\%)}$
 $\Delta\text{AL } 0.32 \text{ mm (52\%)}$
مُعتمدة US FDA



عمق البؤرة الممتد
سنتان
 $\Delta\text{SphE } 0.37 \text{ D (32\%)}$
 $\Delta\text{AL } 0.15 \text{ mm (25\%)}$



المسافة المركزية
سنتان
 $\Delta\text{SphE } 0.46 \text{ D (44\%)}$
 $\Delta\text{AL } 0.23 \text{ mm (35\%)}$




أورثوكيراتولوجي
سنتان
 $\Delta\text{AL } 0.27 \text{ mm (45\%)}$
يتم ارتداؤها ليلاً

عدسات لاصقة ناعمة - يتم ارتداؤها يوميا

العلاجات الناشئة

خليط
أورثوكيراتولوجي
الأتروبين (0.01%)
سنتان
 $\Delta\text{AL } 0.11 \text{ mm}$
مقارنة (27%)
بأورثوكيراتولوجي



علاجات الضوء الأحمر والأزرق - السلامة لم تتم تحديدها بعد